

بسمه تعالیٰ

راهنمای دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

با توجه به بررسی های انجام شده توسط مرکز سلامت محیط و کار و اداره کل تجهیزات پزشکی درخصوص دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی و لزوم اجرای مفاد مصوبه ۱۵۸۷۱/۲۸۴۵۹ ک مورخ ۸/۲۱/۸ کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست، راهنمای دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱. جهت بی خطر سازی پسماندهای عفونی و نیز و برنده، دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند با مکانیسم های مختلف وجود دارد که با توجه به تجرب سال های اخیر، استفاده از دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز با مکانیزم بخار، حرارتی مرتبط و خشک مناسب قریب می باشد.
۲. جهت عقد قرارداد خرید دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز، درج مفاد ۹ ماده ای پیوست در قراردادها ضروری است.
۳. انتخاب ظرفیت دستگاه مورد نظر بر اساس میزان پسماندهای تولیدی صورت گیرد و محاسبه میزان پسماند بر اساس فرمول زیر انجام شود:

$$K = \text{میزان تولید پسماند} \times (\text{عفونی و نیز و برنده}) \times 1.2 \text{ کیلو گرم در روز}$$

$$C = \text{ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم} (\text{بر حسب لیتر}) = 12$$

$$N = \text{تعداد تخت مصوب}$$

$$V = \text{حجم پسماند بر حسب لیتر در روز}$$

$$V = k \times C \times N$$

زمان هر سیکل (بر حسب ساعت) اشیفت کاری (بر حسب ساعت) = تعداد سیکل در روز

تعداد سیکل / حجم پسماند = ظرفیت دستگاه (بر حسب لیتر)

^۱- ارجع آن است که بیمارستانها سرانه پسماند عفونی و نیز و برنده را به کمتر از ۱.۲ کیلو گرم در روز به ازای هر تخت پرسانند.

۴. ظرفیت دستگاه باید در یک شیفت کاری (۸ ساعت) و با توجه به زمان سیکل بی خطر سازی و حجم پسماند تولیدی روزانه انتخاب گردد.

یک شیفت کاری (۸ ساعت) \leq زمان هر سیکل \leq تعداد سیکل 2

مثال: حجم دستگاه بی خطرساز برای یک بیمارستان با $280 \times 280 \times 280$ تخت مصوب به روش زیر محاسبه میگردد:

$$V = k * C * N \quad (\text{حجم پسماند بر حسب لیتر در روز})$$

$$= 1.2 * 120 * 280$$

$$= 4032 \text{ حجم پسماند بر حسب لیتر در روز}$$

در صورتیکه هر سیکل کاری دستگاه ۲۰ دقیقه باشد با احتساب زمان ۱۰ دقیقه برای بارگیری، ۵ دقیقه برای تخلیه و ۱۰ دقیقه زمان تلف شده بین دو سیکل، کل مدت زمان سیکل را ۴۵ دقیقه می باشد.

زمان هر سیکل (برحسب ساعت) / شیفت کاری (برحسب ساعت) = تعداد سیکل در روز

$$= 45 / 60 = 0.75 \text{ زمان هر سیکل (برحسب ساعت)}$$

= شیفت کاری (برحسب ساعت)

$$= 0.75 / 0.75 = 1.0 \text{ تعداد سیکل در روز}$$

تعداد سیکل / حجم پسماند = ظرفیت دستگاه

$$= 4032 / 10.67 = 377.88 \text{ متر}^3$$

۵. در صورتیکه بیمارستان بیش از $250 \times 250 \times 250$ تخت داشته باشد می تواند بیش از یک دستگاه بی خطرساز انتخاب نماید که در اینصورت ظرفیت محاسبه شده بین تعداد دستگاهها تقسیم می شود.

۶. هر بیمارستان لازم است یک کارشناس پهداشت محیط جهت نظارت بر مدیریت پسماند داشته باشد و گزارش عملکرد ماهیانه دستگاه که شامل وزن کل پسماندهای بی خطرشده و میزان کارکرد دستگاه و کیفیت خروجی باشد تهیه و ارائه گردد و در پایان هر سال گزارش سالیانه به معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه ارسال شود.

2 - تعداد سیکل با احتساب زمانهای تلف شده کمتر از ۸ ساعت باشد.

۷. مسئولیت فنی دستگاه بی خطر ساز از نظر نظارت بر آزمونهای اینمنی، عملکرد و کالیبراسیون بر عهده مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان می باشد.
۸. استفاده از سیستم غیر سوز بی خطر ساز سیار برای بیمارستان در صورت تایید دستگاه از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی بلامانع است.
۹. بدیهی است در شرایط یکسان دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز تولید داخل مشروط به دارا بودن پروانه ساخت معتبر از اداره کل تجهیزات پزشکی ارجح می باشد.
۱۰. با توجه به شرایط متفاوت منطقه و شرایط خاص بیمارستانها از نظر مدیریت پسمند های پزشکی لازم است قبل از انتخاب دستگاه غیر سوز بی خطر ساز، تیمی مشکل از کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه و کارشناس بهداشت محیط بیمارستانهای ذیفع از نحوه عملکرد دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز نصب شده و در حال پهنه بر داری حداقل ۳ بیمارستان بازدید و نتیجه بازدیدها را در انتخاب دستگاه مورد توجه قرار دهند.
۱۱. طبق ماده ۷۰ "ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسمند های پزشکی و پسمند های وابسته" مصوبه شماره ۱۱۵۸۷۱ / ۳۸۴۵۹ ک مرخ ۸/۲/۲۰۱۸ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست "نصب هرگونه زباله سوز اعم از مرکز و غیر مرکز در شهرها منوع است" و بیمارستانهایی که از سیستم زباله سوز استفاده کنند ارزشیابی نخواهند شد.
۱۲. با توجه به اینکه دستگاههای غیرسوز بی خطر ساز پسمند پزشکی دارای مجوز، دارای حداقل شرایط عمومی قابل قبول می باشند، قبل از انتخاب و خرید آنها، هر مرکز درمانی باید نقش و تاثیر تجهیزات بر آلودگی هوا و آب را بطور کامل رأساً بررسی نماید تا دستگاهی با حداقل آلودگی انتخاب شود.

مقاد پیشنهادی (موضوع بند ۲ راهنمای دستورالعمل) جهت درج در قراردادهای خرید دستگاههای غیر سوز بیخطر ساز پسماند پژوهشکی

- ۱- باید ضمانت تامه معتبری از فروشنده (با سازنده) دستگاه های بی خطر ساز گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم، استاندارد ها و الزامات ملی را تامین می کند.
- ۲- هزینه نصب تجهیزات به طور کامل و تاسیسات جانبی احتمالی مورد نیاز باید همراه هزینه تجهیزات در قراردادهای خرید لحظه گردد و فروشنده می بایست موارد فوق را ارایه نماید. (به عنوان مثال مشاهده شده است که در بعضی موارد پس از خرید دستگاه فروشنده تهیه بعضی از اقلام و تجهیزات جانبی بر هزینه مانند کمپرسور هوا ، دیگ بخار و سیستم کنترل بو را به بیمارستان تحمیل می کنند)
- ۳- هزینه های بیمه بردازی و نگهداری باید توسط فروشنده ارائه شود تا در نجزیه و تحلیل های اقتصادی بهترین مزینه بی خطر سازی مورد استناد و استفاده فرار گیرد.
- ۴- باید قبل از خرید تجهیزات بی خطرسازی اطمینان حاصل شود که سیستم مورد نظر از نظر انرژی، کنترل کننده ها، صافی ها، موتور ها و سایر اقلام پاسایر بخش های مراکز درمانی سازگار هستند و از این نظر هزینه جدیدی بر بیمارستان تحمیل نخواهد شد.
- ۵- اولویت با خرید دستگاههایی است که کیفیت خروجی آنها بینه شده باشد.
- ۶- فروشنده موظف است برنامه PM (Preventive Maintenance) را ارایه نماید.
- ۷- برنامه زمان بندی نصب و اجرای سیستم به طور دقیق ارایه شود. وظیفه طرفین فروشنده و خریدار در این برنامه به طور کامل مشخص شود. اخذ ضمانت لازم در زمینه رعایت زمان بندی از فروشنده ضروری است.
- ۸- دستگاههای غیرسوز بی خطر ساز مورد استفاده باید آشکار سازها یا شاخص هایی برای نمایش عملکرد سیستم بی خطرساز داشته باشند و برنامه آزمایش های دوره ای بررسی عملکرد دستگاه (توسط فروشنده) ارایه شود.
 - استفاده از شاخص های شیمیایی (مانند نوارهای حساس به حرارت یا موارد مشابه دیگر) برای هر دوره کاری (سیکل)، که سترون می شوند، ضروری است تا نشان دهد شرایط کامل سترون سازی ایجاد شده است.
 - استفاده از شاخص بیولوژیک باسیلوس استارتوترموفیلوس حداقل ماهی یکبار ضروری است تا از صحت عملیات سترون سازی اطمینان حاصل شود.
- ۹- علاوه بر ضمانت های ذکر شده در بند های فوق ۱۰-۱۵٪ هزینه خرید و نصب باید توسط خریدار (کارفرما) نگهداری شود و پس از حصول رضایت کارفرما به فروشنده مسترد شود.